

حكومة اقليم كوردستان

وزارة الصحة

المديرية العامة لصحة محافظة دهوك

قسم العقود العامة

العدد

/ ٢٠١٢ ميلادي

التاريخ

/ ٢٧١٢ كوردي

الموافق

Iraqi Kurdistan Region

Ministry Of Heal

Directorate General

Of Duhok Health

Department of General Contracts

حكومة هرێما کوردستانی

وزارەتە ساخلمىن

ریکەبەریا گشتی یاساخلمیا پاریزگەم دھۆکی


پشکا گریبەستین گشتی

٦٩٩

میزروو / ٢٠١٢ زاینی

ریکەفتی / ٢٧١٢ کوردى / ١٨٩

بو/ هەمى کومپانییەن تاببەتمەند دبواری دابینکرنا ئامیر و پیدقیین نوژداری ل پاریزگەم دھۆکی:



ب/ داخوازنانەمەکا راستەوخۆ

هەوەیین ھیئرا داخازدکەم داکو پشکداری دسەر ئیک کیمکرنەکا نهیئى دا بکەن بو دابینکرنا ئاميرەکی بیهوشکرنى بوزورا MRI ل پشکا تىشكى ل نەخوشخانا ئازادى ياخورى فېرکرنى ژجورى patient monitor (non magnetic) و ژدروستكى دەولەتىن بىانى (Germany, USA, Japan) بن لەيىف ليستە وەرجىن ھەۋپىچ، وەقىت تەندر بگەھنە ریقەبەریا مەيا گشتى پشکا گریبەستا لرۇزا (پىنج شەمبى) ریکەفتى (٤/٢٠١٢) دەڭل ریزگرتى.

ھەۋپىچ: ليستە و مەرج

د.نزار عصمت طيب
ریقەبەری گشتى

دانەيەك ژى بو:

- نەفيسينگەمە ریقەبەری گشتى، بوزانىن دەڭل ریزگرتى.
- نەخوشخانا ئازادى ياخورى فېرکرنى نەفيسيسا رەھوە ٤٧ ل ٩/٢٠١٢ بۆ زانىن.
- پشکا گریبەستین گشتى، بۆ زانىن.
- پشکا دارايى، بۆ زانىن.
- ھۆبا ئاميرىي نوژدارى نەفيسيسا رەھوە ٥٢ ل ٧/٢٠١٢ بۆ زانىن.
- ھۆبا هووربىنى، بۆ زانىن.
- دوسىيا كارى.

طلبية مستشفى ازادي التعليمي

No.	Description	Qty.	Manufactures	Price in ID	Amount in ID
	<p>MR Compatible monitor (ECG , sPo2,NIBP,IBP Measurement) complete device with stand and all accessories + Installation & warranty one year</p> <p>MRI is the second video monitor to monitor</p> <p>MR control room next to the MR device and the sleeping room</p> <p>Suitable for use.monitor,(DSP) Digital signal processing synthesis of the ECG PROVIDES AN excellent , and fiber optic SpO2 NIKB</p> <p>The second video monitor and 2.4GHz wireless communication</p> <p>Accessories : built in battery and adapter , MRI ECG cable and private four (Quadro) ECG electrodes , special electrode gel, 1 tube, 1 set of standard MRI cuff (adult , pediatric , and infant) 1 neonatal MRI NIKB hose NIKB 1 standard double -lumen tube , 1 set of disposable neonatal cuff (premature , neonatal and infant) MRI of serum strap , together with accessory basket</p>	1	<p>Germany</p> <p>Japan</p> <p>USA</p>		
Total amount in ID					



دائرية صحة دهوك
شعبة الأجهزة الطبية

اسم الشركة :
المبلغ الكلي:
المبلغ كتابة:
رقم الموبايل:
توقيع وختم الشركة:

الشروط الخاصة بتجهيز ونصب وتشغيل جهاز MR Compatible monitor

1- على الشركات المقدمة يجب ان يكون لديها ترخيص لتجارة الأجهزة الطبية فقط وليس الأدوية والمستلزمات الطبية ومصدقة من قبل (وزارة الصحة او وزارة التجارة لإقليم كورستان العراق) وتكون مرفقة مع التnder وإلا ستهمل تلك التnder.

2-على من ترسو له المقاولة التزام بتفاصيل الجهاز كما في القائمة المرفقة مكونة من (1) صفحة من حيث الشركة المصنعة والمستلزمات الضرورية للجهاز وكذلك الاوبشنات الضرورية لأداء عمل هذه الأجهزة بصورة أفضل.

3-يجب ان تكون تلك الجهاز من الموديلات 2011 فما فوق.

4- ترقق كتلواج الجهاز عند تقديم العطاء والا ستهمل تلك العطاء وذلك لغرض دراستها والمناقشة عليها من قبل شعبة الأجهزة الطبية ويتم تحديد الأجهزة والمستلزمات من قبلهم وتصديقها قبل قيام الشركة باستيرادها وتجهيزها وبخلاف ذلك سوف ترفض الاجهة و تكون الشركة هي المسؤولة عن تبعاتها.

5-على الشركة المجهزة تهيئة المواقع وترتيب كل متطلبات الازمة والضرورية لنصب الأجهزة.

6-نصب الجهاز وتهيئتها للتشغيل بصورة صحيحة وتدريب الكادر بكافة الاختصاصات موقعياً.

7-مدة الضمان لهذه الجهاز عام واحد من تاريخ النصب.

8—مدة التجهيز (60 ستون يوماً تقويمياً) اعتباراً من تاريخ الإحالة وان تجهز بدفعه واحدة.



9- جلب شهادة المنشأ مبيناً فيها S.N وموديل الجهاز وكذلك تاريخ الصنع واسم الجهة المستفيدة أي (DOH - Duhok) مع Test Report وبالنسخة الأصلية ومصدقة من قبل الشركة الصانعة.

10- هناك غرامة تأخيرية عن كل يوم تأخير حسب المعادلة { (الكلفة / مدة المشروع) x 10 % } .

11- تقديم تأمينات أولية بمقدار (3% - 1%) من قيمة العرض المقدم.



المديرية العامة لصحة محافظة دهوك
شعبة الأجهزة الطبية

اسم الشركة :
توقيع وختم الشركة :